

**PRODUCT NAME: ICX**

A-dec ICX tablets are specially formulated to maintain dental unit waterlines and prevent accumulation of odor and foul taste bacteria. Maintains dental unit waterline effluent ≤10 CFU/ml.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**
**WARNING**
**PRECAUTIONARY STATEMENTS**

**Hazards to Humans and Domestic Animals** - Causes moderate eye irritation, wear protective eyewear. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

**DIRECTIONS FOR USE:**

1. Empty any remaining water left in the bottle.
2. Drop tablet into an empty dental unit water bottle (0.7L tablet in 0.7 liter bottle, 2L tablet in 2 liter). Avoid touching the tablet with unprotected skin.
3. Fill bottle with water and connect to the dental unit.
4. Wait 120 seconds for the tablet to fully dissolve.

**NOTE:** This product is intended for use with potable water and in conjunction with regular dental unit water testing, following flush (shock) treatment with an antimicrobial product registered with the U.S. EPA and recommended by the manufacturer.

ICX is intended for use in general dental applications by providing water to the dental syringe, various handpiece ancillary devices, and cuspidor cupfill. When used according to these instructions for every bottle refill, optimum efficacy for control of odor and foul taste bacteria can be achieved.

**FIRST AID:**

If solid product gets in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing.

**STORAGE AND DISPOSAL**

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. Store at room temperature out of direct sunlight; **DO NOT** store above 30°C (86°F). Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling if available or dispose of empty outer foil pouch in the trash.

**CONTACT INFORMATION**

If you have a question that is not addressed in this document, please contact A-dec Customer Service at one of the following phone numbers:

- 1.800.547.1883 (within USA and Canada)
- +1.503.538.7478 (outside USA and Canada)

Customer service is available Monday through Friday from 5 a.m. to 5 p.m. Pacific Standard Time (PST).

Report all serious incidents involving A-dec products to A-dec Inc. If the incident occurs in the EU, also report it to A-dec's EU Authorized Representative and the competent authority of the EU Member State in which the user/patient is established. Serious incidents may result in:

- Life threatening illness or injury
- Permanent impairment of a body function or body structure
- Medical or surgical intervention to prevent life threatening illness or injury or permanent impairment of a body function or body structure

**产品名称: ICX**

A-dec ICX 片剂经特殊配方，可保持牙科治疗台水管线路的清洁和预防异味细菌积聚。保持牙科治疗台水管线路中的污水不超过 10 CFU/ml。

**勿让儿童接触。**

**警告**
**警示信息**

**对人类和家畜的危害** - 对眼睛中度刺激, 请佩戴防护目镜。避免接触眼睛、皮肤或衣物。接触后和进食、喝水、嚼口香糖或吸烟前用肥皂和水彻底洗手。

**使用说明:**

1. 清空瓶内的余水。
2. 将药品放入空的牙科治疗台水瓶内 (0.7L 放入 0.7 升瓶, 2L 放入 2 升瓶)。避免片剂接触裸露的皮肤。
3. 向瓶中加满水, 并连接到治疗台。
4. 120 秒后片剂即可完全溶解。

**注意:** 此产品用于在使用在美国国家环境保护局 (U.S. EPA) 注册并由制造商推荐的抗菌产品进行冲洗 (休克) 治疗后, 与饮用水配合使用, 并应同时对牙科治疗台用水进行定期测试。

ICX 用在将水输送到牙科灌洗导管、各种手持辅助设备和痰盂给水的普通牙科应用中。在每次为瓶重新加注水而按照此处说明使用时, 可获得控制气味和怪味细菌的最佳功效。

**急救措施:**

如果固体产品进入眼中, 则保持眼睛睁开并慢慢用水轻轻冲洗 15 到 20 分钟。如果配戴隐形眼镜, 则先冲洗五分钟再摘下隐形眼镜, 然后继续冲洗。

**储存和处置**

在储存或丢弃时, 切勿污染水、食物或饲料。在室温下储存, 避免阳光直射; **不要** 在 30°C (86°F) 以上的环境中储存。非重复充装容器。切勿重复使用或重新充装此容器。若有可能, 请送交有关部门进行循环回收, 或将空的金属箔袋丢入垃圾桶中。

**联系信息**

如果您有本手册中未说明的问题, 请通过以下任一电话号码联系 A-dec 客户服务部门:

- 1.800.547.1883 (美国及加拿大境内)
- +1.503.538.7478 (美国及加拿大境外)

客户服务部门的服务时间为星期一到星期五, 太平洋标准时间 (PST) 上午 5 点至下午 5 点。

向 A-dec Inc 报告所有涉及 A-dec 产品的严重事件。如果该事件在欧盟发生, 还应向 A-dec 的欧盟授权代表和用户/患者所在的欧盟成员国有关部门报告。

严重事件可能导致:

- 危及生命的疾病或伤害
- 身体功能或身体结构永久性损伤
- 为防止危及生命的疾病或伤害或身体功能或身体结构的永久性损伤而进行的医学或外科手术干预

**NOM DU PRODUIT : ICX**

Les comprimés antibactériens A-dec ICX ont été spécialement élaborés pour préserver la propreté des conduites d'eau de l'unité dentaire et empêcher l'accumulation d'odeurs nauséabondes et de bactéries qui entraîneraient le goût de l'eau. Maintient la qualité de l'eau dans l'unité à un niveau inférieur ou égal à 10 cfu/ml.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
**PRODUKTBEZEICHNUNG: ICX**

A-dec ICX Tabletten wurden speziell dafür entwickelt, die Leitungen von Dentaleinheiten rein zu halten und der Entstehung von Geruch durch Geruchsbakterien vorzubeugen. Sie sorgen somit für einen ordnungsgemäßen Zustand der Leitungen der Dentaleinheit ( $\leq 10$  KbE/ml).

**FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.**
**ACHTUNG**
**WARNHINWEISE**

**Potenzielle Gefahr für Menschen und Haustiere** - Verursacht leichte Augenreizung, geeigneten Augenschutz tragen. Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden. Nach dem Berühren der Tabletten und vor dem Essen, Trinken oder Rauchen Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

**GEBRAUCHSANWEISUNG:**

1. Restliches Wasser aus der Flasche entleeren.
2. Tablette in eine leere Dentaleinheit-Wasserflasche fallen lassen (Tablette für 0.7 Liter in eine 0.7-Liter-Flasche, Tablette für 2 Liter in eine 2-Liter-Flasche). Dabei Tablette nach Möglichkeit nicht mit ungeschützten Händen berühren.
3. Flasche mit Wasser auffüllen und an die Dentaleinheit anschließen.
4. Ca. 120 Sekunden warten, bis sich die Tablette vollständig aufgelöst hat.

**HINWEIS:**

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Trinkwasser und in Verbindung mit regelmäßigen Wassertests der Dentaleinheit vorgesehen. Zuvor muss eine Spülung mit einem antimikrobiellen, bei der U.S. EPA registrierten und vom Hersteller empfohlenen Produkt erfolgen.

ICX ist für den Einsatz bei allgemeinen Dentalgeräten zur Wasserversorgung für Dentalspritzen, verschiedene Handstück-Zusatzeräte und die Becherfüllung am Speibecken konzipiert. Bei ordnungsgemäßer Verwendung gemäß der vorliegenden Anweisungen für jede Flaschenfüllung wird eine optimale Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Geruch und Geruchsbakterien erzielt.

**Erste-Hilfe-Anweisungen**

Wenn das Produkt ins Auge geraten ist, das Auge geöffnet halten und 15 bis 20 Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Bei Kontaktlinsenträgern erst nach 5 Minuten Spülen die Kontaktlinse herausnehmen und das Auge weiter ausspülen.

**AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG**

Bei der Lagerung und Entsorgung darauf achten, dass Wasser, Lebensmittel oder Tiernahrung nicht verunreinigt werden. Bei Zimmertemperatur aufbewahren, keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen; **NICHT** bei Temperaturen über 30°C lagern. Einwegverpackung. Diese Verpackung nicht wieder verwenden oder erneut befüllen. Leere äußere Folienverpackung nach Möglichkeit recyceln oder im Hausmüll entsorgen.

**KONTAKTINFORMATIONEN**

Wenn Sie eine Frage haben, die in diesem Dokument nicht angesprochen wird, wenden Sie sich bitte unter den folgenden Telefonnummern an den Kundendienst von A-dec:

- 1 800 547 1883 (innerhalb der USA/Kanadas)
- +1 503 538 7478 (außerhalb der USA/Kanadas)

Der Kundendienst steht Ihnen von Montag bis Freitag von 5-17 Uhr PST (Pacific Standard Time) zur Verfügung.

Alle schwerwiegenden Ereignisse im Zusammenhang mit Produkten von A-dec sind an A-dec Inc. zu melden. Wenn das Ereignis in der EU auftritt, ist es auch dem autorisierten Vertreter von A-dec in der EU sowie den zuständigen Behörden des EU-Mitgliedsstaates, in dem der Benutzer/Patient ansässig ist, zu melden.

Schwerwiegende Ereignisse können folgende Konsequenzen haben:

- Lebensbedrohliche Krankheiten oder Verletzungen
- Dauerhafte Beeinträchtigungen einer Körperfunktion oder Körperstruktur
- Medizinische oder chirurgische Eingriffe zur Vermeidung einer lebensbedrohlichen Krankheit oder Verletzung oder einer dauerhaften Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder Körperstruktur



## NAZWA PRODUKTU: ICX

Tabletki ICX firmy A-dec mają specjalne składniki, które konserwują linie wodne unitu stomatologicznego oraz zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i rozwoju bakterii pogarszających smak wody. Produkt utrzymuje ścieki z linii wodnej unitu stomatologicznego na poziomie ≤10 CFU/ml.

## CHRONIC PRZED DZIEĆMI

## OSTRZEŻENIE

### ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**Zagrożenia dla ludzi i zwierząt domowych** — Powoduje umiarkowane podrażnienie oczu. Używać okularów lub osłon ochronnych na oczy. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. W razie kontaktu ze środkiem starannie umyć ręce wodą z mydłem przed jedzeniem, piciem, zjściem gumy lub używaniem wyrobów tytoniowych.

### SPOSÓB UŻYCIA:

- Opróżnić butelkę z resztek wody.
- Wrzucić tabletkę do pustej butelki na wodę unitu stomatologicznego (tabletkę 0,7 l do butelki 0,7 l lub tabletkę 2 l do butelki 2 l). Unikać kontaktu tabletki z odkrytą skórą.
- Napełnić butelkę wodą i podłączyć do unitu stomatologicznego.
- Zaczekać 120 sekund na pełne rozpuszczenie się tabletki.

**UWAGA:** Ten produkt jest przeznaczony do użytku z wodą pitną w połączeniu z regularnym badaniem wody unitu dentystycznego, po przepłukaniu biocydem zarejestrowanym przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) i zalecanym przez producenta.

Środek ICX jest przeznaczony do ogólnych zastosowań dentystycznych w celu dostarczania wody do dmuchawki i różnych konicówek oraz napełniania kubka śluwaczki. Optymalną skuteczność kontroli nieprzyjemnego zapachu i rozwoju bakterii pogarszających smak wody można uzyskać, stosując się do niniejszej instrukcji podczas każdego napełniania butelki.

### PIERWSZA POMOC:

Jeżeli do oka dostanie się produkt w stanie stałym, utrzymywać oko szeroko otwarte i powoli, delikatnie przemywać wodą przez 15–20 minut. Osoby poszkodowane noszące soczewki kontaktowe powinny je wyjąć po pierwszych 5 minutach przemywania, a następnie kontynuować przemywanie oka.

### PRZECHOWYwanie I USUWANIE

Przechowywać i usuwać, nie zanieczyszczając wody, żywności ani paszy dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. **NIE** przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Pojemnik nie nadaje się do ponownego napełniania. Nie używać i nie napełniać pojemnika ponownie. Puste opakowanie foliowe należy w miarę możliwości poddać odpowiedniej utylizacji lub wyrzucić do śmiechnika.

### INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania, na które odpowiedzi nie zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie, prosimy kierować do działu obsługi klienta firmy A-dec pod jednym z poniższych numerów telefonu:  
• 1 800 547 1883 (w USA i Kanadzie)  
• +1 503 538 7478 (spoza USA i Kanady)

Dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 5:00–17:00 czasu pacyficznego PST (14:00–2:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Wszystkie poważne incydenty z udziałem sprzętu firmy A-dec należy zgłaszać do firmy A-dec Inc. Jeśli incydent ma miejsce w UE, należy również zgłosić go upoważnionemu przedstawicielowi firmy A-dec w UE oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym użytkownik/pacjent ma siedzibę.

Poważne incydenty mogą prowadzić do:

- zagrażającej życiu choroby lub obrażenia;
- trwałego upośledzenia funkcji organizmu lub struktury ciała;
- interwencji medycznej lub chirurgicznej mającej na celu zapobieganie zagrażającej życiu chorobie lub obrażeniu bądź trwałe upośledzeniu funkcji organizmu lub struktury ciała.

## NOME DEL PRODOTTO: ICX

Le compresse A-dec ICX sono formulate appositamente per la manutenzione delle linee idrauliche del riunite odontoiatrico e per prevenire l'accumulo di batteri responsabili di odori e saponi sgradevoli. Il prodotto consente di mantenere l'effluente delle linee idrauliche del riunite odontoiatrico a ≤ 10 CFU/ml.

## TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

## AVVERTENZA

### AVVERTENZE PRECAUZIONALI

**Prodotto nocivo per gli esseri umani e per gli animali domestici** - Causa moderata irritazione agli occhi, indossare dispositivi di protezione oculare. Evitare il contatto con gli occhi, con la cute e con gli indumenti. Dopo la manipolazione del prodotto, lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di ingerire alimenti e bevande, masticare gomma o usare tabacco.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Svuotare il serbatoio da eventuali residui di acqua ancora presenti.
- Inserire una compressa nel serbatoio vuoto del riunite odontoiatrico (una compressa da 0,7 l per il serbatoio da 0,7 l, una compressa da 2 l per il serbatoio da 2 l).  
Evitare di toccare la compressa a mani nude.
- Riempire il serbatoio d'acqua e collegarlo al riunite odontoiatrico.
- Attendere 120 secondi fino al totale dissolvimento della compressa.

**NOTA:** questo prodotto è stato formulato appositamente per l'uso con acqua potabile e in congiunzione con una periodica analisi dell'acqua utilizzata per il riunite odontoiatrico, dopo irrigazione con un prodotto antimicrobico approvato dall'EPA statunitense e raccomandato dal produttore.

ICX è destinato per l'uso in applicazioni odontoiatriche di carattere generale per fornire acqua alla siringa dentale, a vari manipoli ausiliari e al bicchiere del gruppo idrico. Se utilizzato secondo le istruzioni qui esposte ad ogni sostituzione dell'acqua del serbatoio, garantisce in modo ottimale un controllo efficace dei batteri responsabili di odori e saponi sgradevoli.

### PRONTO SOCCORSO:

In caso di contatto del prodotto solido con gli occhi, tenere gli occhi aperti e sciacquareli lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti. Se si indossano lenti a contatto, rimuoverle dopo 5 minuti e quindi continuare a sciacquare.

### CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Durante la conservazione e lo smaltimento, non contaminare le acque o gli alimenti destinati ad animali o a esseri umani. Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta. **NON** conservare a temperature superiori a 30 °C (86 °F). Contenitore non ricaricabile. Non riutilizzare né ricaricare il contenitore. Riciclare in raccolta differenziata, se possibile, o smaltire come rifiuto la confezione esterna in alluminio.

### INFORMAZIONI DI CONTATTO

In caso di ulteriori domande alle quali non si è trovata risposta in questo documento, contattare il Servizio assistenza clienti di A-dec a uno dei seguenti numeri telefonici:

- 1.800.547.1883 (solo USA/Canada)
- +1.503.538.7478 (fuori da USA/Canada)

Il Servizio assistenza clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 5.00 alle 17.00 (fuso orario del Pacifico).

Segnalare eventuali incidenti gravi che coinvolgono prodotti A-dec ad A-dec Inc. Se l'incidente si verifica nell'UE, inviare una segnalazione anche al rappresentante autorizzato per l'UE di A-dec e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui si trova l'utente/il paziente.  
Incidenti gravi potrebbero comportare:

- Patologie o lesioni potenzialmente fatali
- Compromissione permanente di una funzione o di una struttura corporea
- Intervento medico o chirurgico per prevenire malattie o lesioni potenzialmente fatali o compromissione permanente di una funzione o struttura corporea

## NOMBRE DEL PRODUCTO: ICX

Las tabletas A-dec ICX están especialmente formuladas para el mantenimiento de los conductos de agua de la unidad dental y evitar la acumulación de olores y bacterias que ocasionan un sabor desagradable. Mantenga el afluente del conducto de agua de la unidad dental en ≤10 CFU/ml.

## MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## ADVERTENCIA

### ADVERTENCIAS DE PRECAUCIÓN

**Riesgos para los seres humanos y animales domésticos:** Causa irritación ocular moderada, use gafas de protección. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien las manos con agua y jabón después de tocarlas y antes de comer, beber, masticar goma o consumir tabaco.

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Vacie cualquier resto de agua que quede en la botella.
- Eche la tableta en una botella de agua de unidad dental vacía (la tableta para 0,7 l se echa en una botella de 0,7 litros, la tableta para 2 l se echa en una botella de 2 litros). Evite tocar la tableta sin protegerse la piel.
- Llene la botella de agua y cóncetela a la unidad dental.
- Espere 120 segundos hasta que la tableta se disuelva por completo.

**NOTA:** Este producto debe utilizarse con agua potable y junto con la supervisión regular del agua de la unidad dental, y debe seguir un tratamiento (choque) de purga con un producto antimicrobiano que esté registrado en la Agencia de protección ambiental de EE. UU. y recomendado por el fabricante.

ICX está pensado para ser utilizado en las aplicaciones dentales generales al proporcionar agua a la jeringa dental, a varios dispositivos auxiliares de pieza de mano y al lleno vaso de la escupidera. Cuando se siguen estas instrucciones de uso cada vez que se vuelve a llenar la botella, se logra obtener una eficacia óptima en el control de olor y bacterias que ocasionan un sabor desagradable.

### PRIMEROS AUXILIOS:

Si el producto sólido entra en contacto con los ojos, manténgalo abierto y aclárello lenta y suavemente con agua durante un período de entre 15 y 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, aclare los ojos durante 5 minutos antes de quitárselas y siga aclarándolo.

### ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos para humanos o animales con sus prácticas de almacenamiento o de desecho. Almacene el producto a temperatura ambiente, alejado de la luz directa del sol. **NO** lo conserve a temperatura superior a 30 °C (86 °F). Recipiente no recargable. No reutilice ni recarge este recipiente. Si es posible, reciclelo o deséchelo con un envoltorio de papel de plata.

### INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si tiene alguna pregunta que no se haya cubierto en este documento, comuníquese con Servicio al Cliente de A-dec a través de uno de los siguientes números de teléfono:

- 1.800.547.1883 (dentro de Estados Unidos y Canadá)
- +1.503.538.7478 (fuera de Estados Unidos y Canadá)

El Servicio al Cliente está disponible de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Pacífico (PST).

Informe a A-dec Inc. todos los incidentes graves que involucran productos A-dec. Si el incidente ocurre en la UE, informe también al representante autorizado de la UE de A-dec y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE en el que se encuentra establecido el usuario o el paciente.

Los incidentes graves pueden provocar lo siguiente:

- Lesión o enfermedad que pone en peligro la vida.
- Pérdida permanente de una función o de una estructura corporal.
- Intervención médica o quirúrgica para prevenir enfermedades o lesiones que ponen en peligro la vida, o pérdidas permanentes de una función o de una estructura corporal.

## PRODUCTNAAM: ICX

ICX-tabletten van A-dec zijn specifiek geformuleerd voor het onderhoud van waterleidingen van tandheelkundige units en voorkomen de opeenhoping van geuren en viesmaak veroorzakende bacteriën. Houdt het afvoerwater van de waterleiding van de behandelunit op ≤10 kve/ml.

## BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

## WAARSCHUWING

### VERKLARINGEN BETREFFENDE VOORZORGSMATREGELEN

**Risico's voor mensen en huisdieren** - Veroorzaakt milde irritatie aan de ogen; draag een oogbeschermende bril. Vermijd contact met ogen, huid en kleding. Was uw handen grondig met water en zeep na het omgaan met de tabletjes en vóór eten, drinken, gebruik van kauwgom of gebruik van tabaksartikelen.

### AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

1. Laat eventueel resterender water uit de fles lopen.
2. Laat een tabletje in de lege waterfles van de tandheelkundige unit vallen (tablet voor 0,7 liter in waterfles van 0,7 liter, tablet voor 2 liter water in waterfles van 2 liter). Voorkom dat het tabletje in contact komt met de onbeschermde huid.
3. Vul de fles met water en sluit deze aan op de tandheelkundige unit.
4. Wacht 120 seconden zodat het tabletje geheel kan oplossen.

**OPMERKING:** Dit product is bestemd voor gebruik met drinkwater en in combinatie met regelmatige watertests van de tandartsunit, na een spoelbehandeling (shock) met een antimicrobisch product dat bij de Amerikaanse EPA is geregistreerd en door de fabrikant wordt aanbevolen.

ICX is bedoeld voor gebruik in algemene tandheelkundige toepassingen en levert water aan de tandheelkundige spuit, verschillende hulpsluizen van het handstuk en voor het vullen van de beker van de spits. Bij gebruik in overeenstemming met deze aanwijzingen voor elke nieuwe vulling van de waterfles kan de optimale werkzaamheid voor de beheersing van geuren en viesmaak veroorzakende bacteriën worden bereikt.

### EERSTE HULP:

Als het vaste product in de ogen komt, houd u het oog open en spoelt u dit gedurende 15 tot 20 minuten langzaam en grondig met water. Verwijder eventueel aanwezige contactlenzen pas na vijf minuten en ga daarna door met spoelen.

### OPSLAG EN AFVALVERWERKING

Vermijd verontreiniging van water, voedsel of voeding voor (huis)dieren als gevolg van opslag of afvalverwerking. Zorg voor opslag op kamertemperatuur, vermijd opslag in direct zonlicht; **NIET OPSLAAN** boven 30 °C.

Niet-navulbare container. Deze container niet opnieuw gebruiken of opnieuw vullen. Bied deze aan voor recycling, indien beschikbaar, of gooït de lege buitenste verpakking van folie in de prullenbak.

### CONTACTINFORMATIE

Als u een vraag hebt die niet is behandeld in dit document, neem dan contact op met de klantenservice van A-dec:

1.800.547.1883 (binnen de VS en Canada)

1.503.538.7478 (buiten de VS en Canada)

De klantenservice is beschikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 5.00 uur tot 17.00 uur Pacific Standard Time (PST).

Meld alle ernstige incidenten met betrekking tot A-dec-producten aan A-dec Inc. Als het incident plaatsvindt in de EU, meld het dan ook aan de erkende vertegenwoordiger van A-dec en aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker/patiënt is gevestigd.

Ernstige incidenten kunnen leiden tot:

- Levensbedreigende ziekte of letsel
- Blijvende beperking van een lichaamsfunctie of lichaamsstructuur
- Medische of chirurgische ingrepen om levensbedreigende ziekten of letsel of blijvende beperking van een lichaamsfunctie of lichaamsstructuur te voorkomen